

公 募 説 明 書

下記に記載する内容及び条件において、当該業務等が実施可能であり、かつ、入札または企画競争を実施した場合、参加意思を有する者の有無を調査するため参加者確認公募に付す。

記

1. 参加者確認公募に付する事項

- (1) 公 募 件 名：「 α/β シンチレーションサーベイメータ点検」
- (2) 趣旨及び概要：仕様書による。
- (3) 数 量：一式
- (4) 納 期：2023年 2月28日
- (5) 納 入 場 所：茨城県那珂郡東海村白方字白根2-53
公益財団法人核物質管理センター 東海保障措置センター内指定場所

2. 必要書類等の提出場所等

- (1) 契約事項を示す場所及び提出場所等
郵便番号：110-0015
所在地：東京都台東区東上野一丁目28番9号 キクヤビル3階
機 関 名：公益財団法人核物質管理センター
担 当 部 署：総務部 契約課
フリガナ：イイズミ ジュンコ
担 当 者 名：飯泉 順子
電話番号：03-5816-7765
F A X：03-3834-5265
M a i l：jiizumi@jnmcc.or.jp
- (2) 参加意志確認書の提出期限
2022年 7月19日（火） 午後4時まで
公益財団法人核物質管理センター 東京本部 総務部 契約課 必着（電子メール可）
なお、参加意志確認書を郵送する場合、書留郵便若しくは配達記録が残るようにすること。
- (3) 提出書類（電子メール可）
・ 資格要件確認書に記載する資料 1部

3. 参加者確認公募に参加する者に必要な資格

- (1) 次の①～⑤に該当する者は公募に参加することができない。
 - ①成年被後見人
 - ②未成年者、被保佐人及び被補助人（契約締結のための必要な同意を得ている場合は除く。）
 - ③破産者で復権を得ない者
 - ④競争に参加することを妨げ、又は契約の締結もしくは履行を妨げ、公序良俗に違反した者であって、その事実があった後2年を経過しない者（代理人、支配人、その他のとして使用する者についても、同様とする。）
 - ⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員もしくはこれらと関係する者
- (2) 2022年度 国・地方公共団体等における競争参加資格（東北、関東・甲信越）の「役務の提供等」の資格を有すると認められた者

4. 参加意思確認公募の手続き

参加意思確認書を提出した者に対して審査を行い、審査結果を通知する。
審査の結果、公募要件を満たす者が2者以上いる場合は、指名競争入札、複数者による見積合わせ又は企画競争を行う。
応募者がいない場合は、特定の者と随意契約の手続きを行う。

2022年 6月29日

公益財団法人核物質管理センター
総務部長事務取扱
理事 小林 功

提出方法 (いずれか)	⇒ 電子メール、郵送、持参
押印の省略	⇒ 可

公益財団法人核物質管理センター

総務部長事務取扱

理事 小林 功 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

参加意思確認書

2022年6月29日付で公示の下記の業務等について参加意思がありますので、参加意思確認書を提出します。

なお、本確認書に記載されている内容及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

1. 業務等の名称 「 α / β シンチレーションサーベイメータ点検」

2. 添付資料

(1) 国・地方公共団体等における競争参加資格(東北、関東・甲信越)を証する書類

(2) 本業務等の遂行に必要な資格及び実績を証する書類

(3) その他必要な書類

※(2)及び(3)は、公募説明書において提出を求めた書類とする。

所 属
役 職 名
氏 名
電 話 番 号
F A X 番 号
電 子 メール

資格要件確認書

契約番号:	212-447	請求元課室:	安全管理課
契約件名:	α/βシンチレーションサーベイメータ点検	購買区分:	A・B・C・D・E
参加者名:		評価の有無:	無(有)下記のとおり

評価項目	仕様書ページ	確認項目	証明資料	センター記入欄			
				判定	判定理由	判定者	
1 業務の実施・管理体制等	1.1	業務の実施体制	① 業務の実施に十分な人員数及びスキル(業務遂行に必要な資格等)が確保されていること。	放射線測定機器等の点検作業に3年以上従事した経験者であることを証明する資料		請求元課室長	
			② 必要な業務分担(設計開発、製造、調達、試験、検査、保守、設置工事、品質保証等)及び管理体制(品質管理責任者、作業管理者等を含む)がとられていること。	組織体制		請求元課室長	
	1.2	品質管理及び情報セキュリティ体制	① 受注する製品及びサービスを要求項目に沿って提供できる品質管理システム(設計・開発を含む)が確立していること。	品質保証計画書		請求元課室長	
			② 情報セキュリティに対する管理体制が確立していること。			請求元課室長	
	1.3※	入札資格	※契約担当部署にて対応				
	1.4	コンプライアンス	① コンプライアンス違反の有無(有の場合はどのように改善したか。)				請求元課室長
	② 不適合事象の有無(有の場合はどのように改善したか。)					請求元課室長	
2 技術確認事項	2.1	技術能力の確認	P2.6	放射線測定機器等の点検作業に3年以上従事した経験者であること。	放射線測定機器等の点検作業に3年以上従事した経験者であることを証明する資料	請求元課室長	
	2.2	技術設備の確認	P4 別添 P5 別添	計数指示精度確認に使用する計測機器を確保していること(校正証明書の写しまたは校正の体系が確認できる書類を提出すること。)	計測機器一覧等	請求元課室長	
			P4 別添 P5 別添 P6 別添	線源校正検査に使用する標準線源を確保していること。(校正証明書の写しまたは校正の体系が確認できること。)	標準線源一覧等		
	2.3	物品性能の確認					請求元課室長
	2.4	物品の実績の確認					請求元課室長
2.5						請求元課室長	

注) 各確認事項を証する資料名を「証明資料」欄に記載し、当該資料を入札仕様書又は見積書に添付のうえ契約担当者に提出すること。

提出方法 (いずれか)	→ 電子メール、郵送、持参
押印の省略	→ 可

資格要件確認書

※提出する資料名を記入してください。

契約番号: XXX-XXX
 契約件名: XXXXXXXXXXXXXXXX設備の更新
 参加者名: ●●●●株式会社

請求元
 購買区分
 評価の有無
 A
 有(下記のとおり)

確認項目	証明資料	センター記入欄		
		判定	判定理由	判定者
業務の実施に十分な人員及びスキル(業務遂行に必要な有資格等)が確保されていること。	●●資格証(写)		センター記入欄は何も記入しないでください。	
本書は、案件ごとに添付された書式を印刷して手書きで記入してください。 記入後の本書と証明資料は、入札仕様書等の書類と合わせて、入札仕様書等の提出期限までに郵送してください。				
① 国等の入札参加資格を有すること。	国等の入札参加資格を証する書類			
② 国等の入札参加資格を有すること。	国等の入札参加資格を証する書類			
③ 国等の入札参加資格を有すること。	国等の入札参加資格を証する書類			
1.3 入札資格	品質保証計画書 JIS Q 9001認証証明書 QMS体制図			
2.1 技術能力の確認	情報セキュリティ体制			
2.2 技術設備の確認	対象設備一覧			
2.3 物品性能の確認	製品のスペックがわかる資料(カタログ等)			
2.4 物品の実績の確認	納品実績表			

社名を手書き又はゴム印で記入してください。
 ※社印は不要です。

複数例示された資料から選択する場合は提出する資料名を手書きで囲んでください。

例示された資料と提出資料が異なる場合は手書きで実際の資料名に訂正してください。
 ※訂正印は不要

注) 参加者は、各確認事項を証する資料名を「証明資料」欄に記載し当該資料を添付のうえ契約担当者へ提出すること。

提出方法 (いすれか)	⇒	電子メール、郵送、持参
押印の省略	⇒	可

※当センターに提出した品質保証計画書に変更がない場合は、本書類のみご提出ください。

【作成見本】

公益財団法人 核物質管理センター 殿

件 名：

品質保証計画書につきましては、前回提出しました
弊社規程第 版に変更はありません。

社 名：

担当者：

TEL：

※押印は必要ありません。

α/β シンチレーションサーベイメータ点検
仕様書

2022年度

公益財団法人 核物質管理センター

目 次

1. 件名	1
2. 目的及び概要.....	1
3. 作業実施場所.....	1
4. 納期	1
5. 作業内容.....	1
5.1 対象機器	1
5.2 点検項目及び点検要領	1
5.3 点検作業	1
5.4 契約外修理等の取扱い	2
6. 作業に必要な資格等.....	2
7. 支給品及び貸与品	2
7.1 支給品	2
7.2 貸与品	2
8. 提出書類.....	2
9. 検収条件.....	2
10. 契約不適合責任.....	3
11. 適用法規・規程等	3
12. 特記事項	3
別 添.....	4

1. 件名

α/βシンチレーションサーベイメータ点検

2. 目的及び概要

本仕様書は、公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センター（以下「センター」という。）の新分析棟管理区域等で使用しているα/βシンチレーションサーベイメータの機能維持を目的とした定期点検を受注者に請け負わせるための仕様を定めたものである。

3. 作業実施場所

受注者の任意の場所

4. 納期

2023年2月28日

5. 作業内容

5.1 対象機器

対象機器	型式	台数	メーカー
(1) α/βシンチレーションサーベイメータ	TCS-352	2台	日立製作所製
(2) α/βシンチレーションサーベイメータ	TCS-362	11台	
(3) α/βシンチレーションサーベイメータ	TCS-1362	5台	

5.2 点検項目及び点検要領

別添の点検項目及び点検要領参照のこと。

5.3 点検作業

- (1) 点検作業は受注者の作業実施場所で行うものとし、作業開始日についてはセンター安全管理課と調整を行うものとする。
- (2) 受注者への対象機器の引き渡しは複数回に分けて行う。1回の引き渡し数についてはセンター内に必要数を確保する必要があることから作業開始前にセンター安全管理課と調整を行うものとする。
- (3) 対象機器の引き渡し、輸送、受注者の作業実施場所における管理及び対象機器の返却は受注者の責任において行うこと。作業中の対象機器の紛失や損傷には十分注意すること。万一、紛失や損傷が生じた場合の責任は受注者が負うものとし、センター安全管理課に遅滞なく報告を行い、その指示に従うこと。
- (4) 対象機器の引き渡し及び返却はセンターの就業時間（9：00～17：30）内に実施すること。

5.4 契約外修理等の取扱い

受注者は、作業中に本契約外の修理等が必要であると判断した場合は、センター安全管理課と協議しその決定に従うこと。

6. 作業に必要な資格等

放射線測定機器等の点検作業に3年以上従事した経験者であること。

7. 支給品及び貸与品

7.1 支給品

なし

7.2 貸与品

なし

8. 提出書類

書類名	提出時期	部数
作業員名簿 ^{※1}	作業開始1週間前まで	1部
作業工程表	〃	1部
組織体制 ^{※2}	〃	1部
品質保証計画書	〃	1部
計測機器の校正証明書の写し ^{※3}	〃	1部
標準線源の校正証明書の写し ^{※3}	〃	1部
作業要領書	作業開始2週間前まで	1部
議事録	協議実施後速やかに	1部
作業報告書	作業終了後2週間以内	1部

※1：「6. 作業に必要な資格等」の内容確認のため従事歴を記載すること。

※2：総括責任者、現場責任者、作業員等の体制及び連絡先を記載すること。

※3：公的機関の発行する校正証明書または校正の体系が確認できる書類であること。

(提出場所) センター安全管理課

9. 検収条件

「8. 提出書類」の確認、対象機器の全数返却及び実施した作業が本仕様書の内容を完全に満たすと認めたことをもって検収とする。

10. 契約不適合責任

- (1) 受注者は、当該業務について仕様書及び契約内容等との不一致（以下「契約不適合」という。）が発見されたときは、センターの当該契約不適合にかかる請求に基づき、受注者の負担においてセンターが定めた期限までに、業務の再履行その他必要な措置を執らなければならない。
- (2) (1)の請求は、センターが当該契約不適合を知った時から 1 年以内に不適合の内容を受注者に通知する。ただし、当該契約不適合を知った時から 5 年を経過した場合もしくは検収後 10 年を超えて発見された契約不適合は除く。

11. 適用法規・規程等

- (1) 労働基準法
- (2) 労働安全衛生法
- (3) その他関係法令、規則、基準等

12. 特記事項

- (1) 受注者は、本仕様書に記載のない事項又は本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、速やかにセンター安全管理課と協議し、その決定に従うものとする。なお、協議事項及び協議結果等の記録（議事録）を作成し、速やかにセンター安全管理課に提出すること。
- (2) 受注者は、作業を実施することにより取得した情報をセンターの施設外に持ち出して公開することはできない。また、特定の第三者に対価を受け、または無償で提供することはできない。
- (3) 対象機器の引き渡し及び返却時には、センター安全管理課が立ち会う。また、指定場所以外の区域への立ち入り等の単独での行動は禁止する。
- (4) 写真撮影は構内全域で原則禁止とする。なお、写真撮影が必要な場合はセンター安全管理課と協議し、その決定に従うものとする。

以 上

点検項目及び点検要領 (1/3)

対象機器	点検項目	点検要領 (詳細は、作業要領書に記載すること。)
α/βシンチレーションサーベイメータ (TCS-352)	(1) 機器各部の点検	(1)～(8) 各機能が正常に動作すること。
	(2) 電池電圧	
	(3) BATT チェック	
	(4) 計数指示精度 ^{※4} (指示精度)	
	(5) スケータ動作	
	(6) 時定数	
	(7) レコーダ出力	
	(8) 計数モニタ	
	(9) プラトー特性	(9) プラトー長が 100V 以上であること。また、プラトー傾斜が 10%/100V 以下であること。
	(10) 総合動作	(10)～(13) 各機能が正常に動作すること。
	(11) BG 測定	
	(12) 設定高圧の確認	
	(13) 混入率の確認	
	(14) 線源校正検査 ^{※5} (機器効率試験)	(14) ²⁴¹ Am の標準線源を使用し、α線の機器効率が 30%/2π 以上であること。また、 ³⁶ Cl の標準線源を使用し、β線の機器効率が 25%/2π 以上であること。

※4：計数指示精度に使用する計測機器については、校正証明書の写しまたは校正の体系が確認できる書類を提出すること。

※5：線源校正検査に使用する標準線源については、校正証明書の写しまたは校正の体系が確認できる書類を提出すること。

点検項目及び点検要領 (2/3)

対象機器	点検項目	点検要領 (詳細は、作業要領書に記載すること。)
α/βシンチレーションサーベイメータ (TCS-362)	(1) 機器各部の点検	(1)～(10)各機能が正常に動作すること。
	(2) 電池電圧	
	(3) BATT チェック	
	(4) 計数指示精度※ ⁴	
	(5) 時定数	
	(6) スケータ動作	
	(7) 記録計出力電圧	
	(8) 警報動作	
	(9) モニタ音	
	(10) 時刻設定	
	(11) プラトー特性	(11) プラトー長が 100V 以上であること。また、プラトー傾斜が 10%/100V 以下であること
	(12) 総合動作	(12)～(15)各機能が正常に動作すること。
	(13) BG 測定	
	(14) 設定高圧の確認	
	(15) 混入率の確認	
	(16) 線源校正検査※ ⁵ (機器効率試験)	(16) ²⁴¹ Am の標準線源を使用し、α線の機器効率が $35\%/2\pi \pm 25\%$ 以内及び $30\%/2\pi$ 以上であること。また、 ³⁶ Cl の標準線源を使用し、β線の機器効率が $35\%/2\pi \pm 25\%$ 以内であること。

※4：計数指示精度に使用する計測機器については、校正証明書の写しまたは校正の体系が確認できる書類を提出すること。

※5：線源校正検査に使用する標準線源については、校正証明書の写しまたは校正の体系が確認できる書類を提出すること。

点検項目及び点検要領 (3/3)

対象機器	点検項目	点検要領 (詳細は、作業要領書に記載すること。)
α/β シンチレーションサーベイメータ (TCS-1362)	(1) 機器各部の点検	(1)～(14)各機能が正常に動作すること。
	(2) 起動動作	
	(3) 電池電圧	
	(4) タッチパネル校正	
	(5) 時定数・標準偏差切替	
	(6) メモリー動作	
	(7) 測定画面切替	
	(8) モニタ音 ON/OFF	
	(9) 警報	
	(10) 測定値のリセット	
	(11) スイッチ	
	(12) LED	
	(13) 指示誤差	
	(14) オーバーロード	
	(15) プラトー特性	(15) プラトー長が 100V 以上であること。また、 α プラトー傾斜が 15%/100V 以下、 β プラトー傾斜が 30%/100V 以下であること。
	(16) BG 測定	(16)～(17)各機能が正常に動作すること。
	(17) 混入率	
	(18) 線源校正検査 ^{※5} (機器効率)	(18) ^{241}Am の標準線源を使用し、 α 線の機器効率が 30.0%/2 π 以上 43.7%/2 π 以内であること。また、 ^{36}Cl の標準線源を使用し、 β 線の機器効率が 30.0%/2 π 以上 50.0%/2 π 以内であること。

※5：線源校正検査に使用する標準線源については、校正証明書の写しまたは校正の体系が確認できる書類を提出すること。